
ООО Метрологический консалтинг

Телефон: **+7 (495) 540-50-00**

E-mail: info@metrcons.ru

Сайт: metrcons.ru

Аттестация поверителей средств измерений

Порядок аттестации физических лиц в качестве поверителей средств измерений установлен ПР 50.2.012 – 94 «Правила по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аттестации поверителей средств измерений».

Поверитель средств измерений – физическое лицо – сотрудник юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованного на право поверки Федеральной службой по аккредитации, непосредственно производящий поверку средств измерений и прошедший аттестацию в порядке, установленном настоящими правилами.

В соответствии с [Законом Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»](#) поверка средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным в качестве поверителя органом Государственной метрологической службы.

В отдельных случаях допускается аттестация поверителей государственными научными метрологическими центрами, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на право поверки.

При этом в составе аттестованной комиссии должен быть представитель органа Государственной метрологической службы по месту расположения этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Устанавливается первичная и периодическая аттестация.
Периодическая аттестация проводится не реже одного раза в 5 лет.

К первичной аттестации допускаются лица, получившие специальную подготовку и имеющие практический стаж работы в поверочных подразделениях.

По решению аттестационной комиссии к первичной аттестации без получения специальной подготовки могут быть допущены лица, окончившие высшие учебные заведения со специализацией в области метрологии и измерительной техники и имеющие практический стаж работы в поверочных подразделениях.

К периодической аттестации допускаются лица, прошедшие в межаттестационный период соответствующую специальную переподготовку.

Лица, аттестованные в качестве поверителей, могут быть лишены права поверки средств измерений в случаях нарушений требований нормативных документов о [поверке средств измерений](#).

Основанием для лишения указанных лиц права поверки средств измерений является приказ руководителя органа Государственной метрологической службы, государственного научного метрологического центра или юридического лица.

Для проведения аттестации руководитель органа Государственной метрологической службы, юридического лица или индивидуального предпринимателя приказом создает аттестационную комиссию (в составе председателя, секретаря и членов комиссии) из числа высококвалифицированных специалистов – метрологов, имеющих стаж работы в области метрологии не менее пяти лет.

Графики подготовки и проведения аттестации разрабатываются ежегодно.

Для каждого работника, подлежащего аттестации, его непосредственным руководителем составляется отзыв, в котором отражается его квалификация.

Отзыв (характеристика) вместе с аттестационным листом предыдущей аттестации (при периодической аттестации) представляется в аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до начала аттестации.

Аттестуемый работник не менее чем за неделю до аттестации должен быть ознакомлен с представленным на него отзывом (характеристикой).

Члены аттестационной комиссии – специалисты по поверке соответствующих видов (групп, типов) средств измерений – осуществляют контроль за проведением аттестуемым работником поверки средств измерений. При необходимости проверяющий (проверяющие) осуществляет повторную поверку средств измерений.

Результаты проверки хода проведения и оформления поверки средств измерений оформляют актом по форме соответствующего нормативного документа.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные материалы и заслушивает сообщение аттестуемого о его работе.

На заседании комиссии должен присутствовать руководитель подразделения, в котором работает аттестуемый.

На основании этих данных, с учетом обсуждения результатов работы, аттестационная комиссия открытым голосованием дает одну из следующих рекомендаций:

- аттестован в качестве поверителя средств измерений (указываются виды или области измерений);
- не аттестован в качестве поверителя средств измерений (указываются виды или области измерений);

Лицо, не прошедшее аттестацию в качестве поверителя средств измерений по определенным видам или областям измерений, может быть представлено на повторную аттестацию не ранее чем через 6 месяцев.

Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствии аттестуемого работника.

В голосовании участвуют члены аттестационной комиссии, присутствующие на данном заседании.

В проведении аттестации и голосовании должно участвовать не менее 2/3 числа членов аттестационной комиссии.

Присутствие членов комиссии, специалистов по профилю поверочной деятельности аттестуемого обязательно.

Результаты голосования определяются большинством голосов и заносятся в протокол заседания комиссии.

При равенстве голосов в оценке деятельности аттестуемый работник рекомендуется для аттестации в качестве поверителя.

При отсутствии председателя комиссии должен быть назначен приказом временно исполняющий обязанности председателя аттестационной комиссии.

Если представитель органа Государственной метрологической службы

проголосовал против, аттестуемый работник не может быть аттестован в качестве поверителя средств измерений независимо от результатов голосования.

Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и рекомендация аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист.

Аттестационный лист подписывается председателем и членами комиссии, принявшими участие в голосовании. Результаты аттестации сообщаются аттестуемому работнику непосредственно после голосования.

Аттестационный лист и отзыв (характеристика) на работника, прошедшего аттестацию, хранятся в его личном деле.

По результатам работы аттестационной комиссии издается приказ.

Теги

[аттестация поверителей](#) [поверители](#) [средства измерений](#)

[Назад к списку](#) [Следующая статья](#)

ООО Метрологический консалтинг

Телефон: **+7 (495) 540-50-00**

E-mail: info@metrcons.ru

Сайт: metrcons.ru
